



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1 / 14.8.2024
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
<b>Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů</b>	Bi-F-20 / Bi-SOPn-1-BA/1

**Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 21/24**

**Výrobek (název): Biologický indikátor Bacillus atrophaeus CCM 4624**

Určeno pro horkovzdušnou sterilizaci (dle ČSN EN ISO 11138-4)

**Šarže : BA 23/2**


**Expirace: 2024-12-31**

**Výsledek zkoušek**

Nominální počet Bacillus atrophaeus na nosiči	V
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
<b>Sumární závěr</b>	<b>V</b>

Provedl/zapsal: Pechová Tereza 

Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Pelešková Zdeňka

Šarže uvolněna do provozu dne: 7.8.2024 

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV  
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM  
Oddělení přípravných provozů  
dislokované pracoviště Plzeň  
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň  
IČO: 710 09 361

Pozn.:

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-1-BA/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Bacillus atrophaeus pro sterilizaci ..... Šarže: BA .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do: .....-.....-.....