





| | | |
|---|---|--------------------------------|
| ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM | | počet stran/datum 1/ 14.8.2024 |
| Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů | | |
| Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů | | Bi-F23 / Bi-SOPn-2-GS/1 |
| Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 25/24 | | |
| Výrobek (název): Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus CCM 4395 | | |
| Určeno pro sterilizace plazmou (ČSN EN ISO 11138-1) | | |
| Šarže : GS 24/1 | | |
| Expirace: 2024-12-31 | | |
| Výsledek zkoušek | | |
| Nominální počet Geobacillus stearothermophilus na nosiči | | V |
| Kontrola pro sterilizátory dle norem | | V |
| Kontrola sváru primárních obalů | | V |
| Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu | | V |
| Stabilita produktu při transportu | | V |
| Sumární závěr | | V |
| Provedl/zapsal: Pechová Tereza  | ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Oddělení přípravných provozů dislokované pracoviště Plzeň 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň IČO: 710 09 361 | |
| Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Pelešková Zdeňka  | | |
| Šarže uvolněna do provozu dne: 5.8.2024 | | |
| Pozn.: | | |

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-2-GS/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Geobacillus stearothermophilus pro sterilizaci Šarže: GS .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:-.....-.....