



ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1/ 26.11.2024
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů	Bi-F21 / Bi-SOPn-1-BA/1

Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 02/25

Výrobek (název): **Biologický indikátor Bacillus atrophaeus CCM 4624**

Určeno pro ethylenoxidovou sterilizaci (dle ČSN EN ISO 11138-2)

Šarže : BA 23/2

Expirace: 2025-03-31

Výsledek zkoušek

Nominální počet Bacillus atrophaeus na nosiči	V
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
Sumární závěr	V

Provedl/zapsal: Pechová Tereza

Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Pelešková Zdeňka

Šarže uvolněna do provozu dne: 11.11.2024

**ZDRAVOTNÍ ÚSTAV
SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM**
Oddělení přípravných provozů
dislokované pracoviště Plzeň
17. listopadu 1, 301 00 Plzeň
IČO: 710 09 361

Pozn.:

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-1-BA/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Bacillus atrophaeus pro sterilizaci Šarže: BA .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do:--.....