





ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM	počet stran/datum 1 /26.11.2024
Centrum imunologie a mikrobiologie, odd. přípravných provozů	
Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů	Bi-F-20 / Bi-SOPn-1-BA/1

Protokol o kontrole kvality biologických indikátorů č. 01/25

Výrobek (název): Biologický indikátor Bacillus atrophaeus CCM 4624	
Určeno pro horkovzdušnou sterilizaci (dle ČSN EN ISO 11138-4)	
Šarže : BA 23/2	
Expirace: 2025-03-31	
Výsledek zkoušek	
Nominální počet Bacillus atrophaeus na nosiči	V
Kontrola pro sterilizátory dle norem	V
Kontrola sváru primárních obalů	V
Kontrola balení a etiketování do primárního a sekundárního obalu	V
Stabilita produktu při transportu	V
Sumární závěr	V
Provedl/zapsal: Pechová Tereza 	ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V ÚSTÍ NAD LABEM Oddělení přípravných provozů dislokované pracoviště Plzeň 17. listopadu 1, 301 00 Plzeň IČO: 710 09 361
Vyhodnotil a uvolnil: Ing. Pelešková Zdeňka 	
Šarže uvolněna do provozu dne: 11.11.2024	
Pozn.:	

Kontrola kvality biologických indikátorů provedena dle SOP: Bi-SOPn-1-BA/1, Bi-SOPv-3-KS, Bi-SOPv-2-SPT

Vysvětlivky: V vyhovuje N nevyhovuje

Značení výrobku: Biologický indikátor Bacillus atrophaeus pro sterilizaci Šarže: BA .../.../... ZÚ Ústí-Plzeň Expirace do: